solventum

Catálogo de Soluciones en Esterilización

VAPOR VH202 OE

VH202: peróxido de hidrógeno
OE: óxido de etileno

VAPOR

Esterilización con Vapor

Tecnología líder en la industria para el aseguramiento de la esterilidad con vapor.

- Control de carga.
- Control de paquete.
- Control de exposición.
- Control de equipo.

VH202

Esterilización con VH2O2

Permite que el monitoreo de la carga sea fácil de realizar con los resultados del IB en sólo 24 minutos.

- Control de carga.
- Control de paquete.
- Control de exposición.

OE

Esterilización por OE

Esterilización a baja temperatura segura y efectiva para instrumentos médicos sensibles al calor.

- Control de carga.
- Control de paquete.
- Equipo de esterilización.

VAPOR

Indicadores Biológicos - Paquete desafío

Número de catálogo	Embalaje (envío)	Ciclo de esterilización	Tiempo de resultado
Indicador biológico de lectura súper rápida 3M™ Attest™ (tapa marrón).			
1492V	Caja/50 cada una (4 cajas/embalaje).	Asistido por vacío: 132 °C, 4 min. 135 °C, 3 min.	24 Lector automático 490. Resultados en 24 minutos.
Indicador biológico de lectura rápida 3M™ Attest™ (tapa marrón).			
1292	Caja/50 cada una (4 cajas/embalaje).	Gravedad: 121 °C. Asistido por vacío: 132 °C.	3 Lector automático 390. Resultados en 3 horas.
Indicadores biológicos 3M™ Attest™ (tapa azul).			
1262P	Caja/25 cada una.	Gravedad: 132 °C.	48 Lector automático 116. Resultados en 48 horas.

Número de catálogo	Embalaje (envío)	Ciclo de esterilización	Tiempo de resultado
Paquetes de reto súper rápido para vapor 5 Plus 3M™ Attest™.			
41482V	24 paquetes/caja, 24 controles/caja (1 caja/embalaje).	Asistido por vacío: 132 °C, 4 min. 135 °C, 3 min.	Indicador biológico súper rápido 1492V. Indicador químico integrador Tipo 5 para vapor. 24 Lector automático 490. Resultados en 24 minutos.
Paquete de prueba rápida para vapor Plus 5 de 3M™ Attest™.			
41382F	16 paquetes/caja, 4 controles/caja (4 cajas/embalaje).	Gravedad: 121 °C, ≥ 30 min. Asistido por vacío: 132 °C, ≥ 4 min.	Indicador biológico rápido 1292. Indicador químico integrador Tipo 5 para vapor. 3 Lector automático 390. Resultados en 3 horas.

VAPOR

Incubadoras

	Número de catálogo	Embalaje (envío)	Temperatura de incubación	Tiempo de resultado
			Lector automático 390 3M™ Attest™.	
	390	1 unidad/caja (1 caja/embalaje).	60 °C.	IB 1292 Resultados en 3 horas.
			Lector automático 490 3M™ Attest™.	
	490	1 unidad/caja (1 caja/embalaje).	60 °C.	IB 1492V. Resultados en 24 min.
			Lector automático 490M 3M™ Attest™ Mini Dual.	
	490 M Dual	1 unidad/caja (1 caja/embalaje).	Vapor 60 °C.	IB 1492V. Resultados en 24 min.

VAPOR

Indicadores Químicos

Número de catálogo	Embalaje (envío)	Tamaño / Temperatura	Descripción
3M™ Attest™ Integradores quimicos de vapor (AAMI Tipo 5)			
1243B	Bolsa/100 cada una.	Gravedad: 121 °C, 30 min. 132 °C, 3, 4, 10, 15 y 25 min. 135 °C, 3 y 10 min. Eliminación dinámica de aire: 121°C, 30 min. 132 °C, 4 y 10 min. 134 °C, 3 y 4 min. 135 °C, 3 min.	• La tecnología de tinta frontal en movimiento tiene una lectura con la función "Accept" (Aceptar) o "Reject" (Rechazar) para obtener resultados instantáneos y de fácil interpretación. • Diseño mejorado para abordar nuevas condiciones de esterilización por vapor más extremas. Más fácil de leer y más fácil de encontrar.
1243RES	500 cada/bolsa (2 bolsas/estuche).	22,9 cm x 1,9 cm (9" x ¾) 121-135 °C (250 – 275 °C).	• Integrador químico de vapor con extensor.
1243RA	500 cada/bolsa (2 bolsas/estuche).	¾ x 2 in (1,9 x 5.1 cm).	• Integrador químico de vapor con adhesivo.
3M™ Comply™ Tira Indicadora Química de Vapor (AAMI Tipo 4)			
1250	Caja/240 cada una (8 cajas/embalaje).	1,5 cm x 20 cm (5/8" x 8"). 121–134 °C (250–270 °F).	• Cambio de color perceptible de blanquecino a marrón oscuro/negro. • La tira de estilo perforado permite usarla por completo o a la mitad, según el tamaño del paquete.

Número de catálogo	Embalaje (envío)	Tamaño	Descripción
Cinta Indicadora sin Plomo para Vapor 3M™ Comply™ (AAMI Tipo 1).			
1322-12MM	42 rollos/caja.	12 mm x 55 m (0,47¨ x 60¨ yd).	• Para utilizarse con envolturas de papel y papel/plástico de material tejido sin tratar y no tejido desechable. • Las líneas indicadoras químicas presentarán un cambio de color perceptible de blanquecino a marrón oscuro/negro al ser expuestas a un proceso de esterilización por vapor.
1322-18MM	28 rollos/caja.	18 mm x 55 m (0,70" x 60 yd).	
Cinta Indicadora sin plomo para vapor para envoltorios desechables 3M™ Comply™ (AAMI Tipo 1)			
1355-18MM	28 rollos/caja.	18 mm x 55 m (0,70" x 60 yd).	• Presenta un adhesivo más fuerte que puede ser utilizado con envoltorios desechables. • Las líneas indicadoras químicas presentarán un cambio de color perceptible de blanquecino a marrón oscuro/negro al ser expuestas a un proceso de esterilización por vapor.

Número de catálogo	Embalaje (envío)	Ciclo de esterilización	Descripción
Paquete de prueba tipo Bowie-Dick de 3M™ Comply™ (AAMI Tipo 2).			
1233LF	6 paquetes/bolsa (5 bolsas/ embalaje).	Asistido por vacío: 132–134 °C (270–273 °F).	• Paquete de prueba tipo Bowie-Dick.
00135LF	30 paquetes/caja.	Asistido por vacío: 132-134 °C (270-273° F).	• Paquete de prueba Bowie Dick Plus con Hoja de Advertencia Anticipada.
 00130LF	50 hojas/caja (5 cajas/estuche).	Asistido por vacío: 132-134 °C (270-273° F).	• Hoja Bowie Dick con indicador de vapor.

VH202

Indicadores Biológicos

Número de catálogo	Embalaje (envío)	Metodo de Esterilización	Tiempo de resultado
Indicador Biológico de lectura Rápida 3M™ Attest™ (tapa rosa)			
1295	Bolsa / 30 c.u. (4 bolsas / embalaje).	Peróxido de Hidrógeno Vaporizado (VH202).	24 Lector automático 490 Resultados en 24 minutos.

Incubadoras

Número de catálogo	Embalaje (envío)	Metodo de Esterilización	Tiempo de resultado
Lector automático 390 3M™ Attest™.			
490	1 unidad/caja (1 caja/embalaje).	Peróxido de Hidrógeno Vaporizado (VH202).	24 BI 1295. Resultados en 24 min.

Número de catálogo	Embalaje (envío)	Temperatura de incubación	Tiempo de resultado
Lector automático 490 3M™ Attest™ Mini Dual.			
490 M Dual	1 unidad/caja (1 caja/embalaje).	60 °C.	24 BI 1492V. Resultados en 24 min.

Indicadores Químicos

Número de catálogo	Embalaje (envío)	Tamaño	Descripción
3M™ Attest™ Indicadores Quimicos Trimétricos de Peróxido de Hidrógeno Vaporizado ISO Tipo 4.			
1348	250 cada/bolsa (4 bolsas/estuche).	1,9 cm x 5,1 cm.(0,75” x 2”).	Después de procesarse, un cambio de color hacia el rosa debe haber entrado a la zona de aceptar del 3M™ Attest™ IQ 1348.

3M™ Comply™ Cinta indicadora química para peróxido de hidrógeno.			
1248	Bolsa/250 cada una (4 bolsas/embalaje).	2,0 cm x 10 cm (13/16" x 4").	La reacción final del extremo se confirma comparando el color procesado con el color de referencia.

3M™ Comply™ Cinta indicadora química para peróxido de hidrógeno*.			
1228	24 rollos/caja.	1,9 cm x 55 m (0.75" x 60 yd).	• Blanco con tiras azules. • Las líneas del indicador químico cambian de azul a rosa al ser expuestas VH2O2.

OE

Indicador Biológico | Paquete Desafío

Número de catálogo	Embalaje (envío)	Método de esterilización	Tiempo de resultado
3M™ Attest™ Indicador Biológico de lectura rápida (tapa verde).			
1294	Caja/50 cada una (4 cajas/embalaje).	Óxido de etileno (OE).	Resultados en 4 horas. 390G Autolectora.
3M™ Attest™ Paquetes de prueba OE de lectura rápida (tapa verde).			
1298	25 paquetes/caja. 25 controles/caja. (2 cajas/estuches).	Óxido de etileno (OE).	1294 Indicador biológico de lecura rápida.  Resultados en 4 horas. 390G Autolectora.

Incubadora

Número de catálogo	Embalaje (Envío)	Temperatura de incubación	# de celdas	Tiempo de resultado
3M™ Attest™ Autolectora 390G				
390G	1 unidad/caja (1 caja/estuche).	37 °C.	10	IB 1294 Resultados en 4 horas.

Indicador Químico

Número de catálogo	Embalaje (envío)	Tamaño	Descripción
3M™ Comply™ Tira Indicadora Química de Óxido de Etileno			
1251	Caja/240 cada una (1 caja/estuche).	1,5 cm x 20 cm (5/8" x 8").	• El color del indicador cambia de rojo a verde al ser expuesto a las condiciones de esterilización por óxido de etileno. • La tira de estilo perforado permite usarla completa o a la mitad de acuerdo al tamaño del paquete.

Equipos Steri-Vac e insumos

Modelo	Capacidad
Equipos de Óxido de Etileno 3M™ Steri-Vac™	
Steri-Vac GS5-1D 136 litros	136 litros
Steri-Vac GS5-2D	136 litros
Steri-Vac GS8-1D	224 litros
Steri-Vac GS8-2D	224 litros
Abator (filtro catalizador)	

Número de catálogo	Embalaje (envío)	Tamaño	Temperatura/Descripción
3M™ Steri-Gas™Cartuchos de gas OE.			
4-100	Caja/12 cada una (4 cajas/ embalaje).	Cartucho de 100 gramos (3,5 oz.) para el equipo GS5.	• Cartuchos monodosis, de diseño seguro. • Uso preciso de OE sin desperdicios de agentes esterilizantes. • No contiene CFC o HCFC (100 % OE).
8-170	Caja/12 cada una (4 cajas/ embalaje).	Cartucho de 170 gramos (6 oz) para el equipo GS8.	
3M™ Steri-Vac™ Papel para impresión.			
1217	2 rollos/estuche	79 mm (3-1/8”)	• Repuestos de papel para impresión para usarse con modelos GS8 y GS5

VAPOR VH202 OE

Código 3M	Código corto	Descripción
70200590878	1257B	Etiquetas de incheque azul
70200590902	1257G	Etiquetas de incheque verde
70200590928	1257R	Etiquetas de incheque rojo
70200729344	1256B	Etiquetadora

solventum

Solventum Chile
Negocio Médico Quirúrgico

Consulte las instrucciones de uso.
© Solventum 2024. Solventum, el logo en S son marcas de Solventum y/o sus afiliadas. Por favor, recicle.
Todos los derechos reservados.